

Piotrków Trybunalski, dn. 19.10.2011 r.

SPS.8120. 285 .2011

**Zaproszenie do składania ofert  
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro  
na zakup alkomatu oraz 200 sztuk ustników**

(rodzaj zamówienia: zakup i dostawa/usługa/robota budowlana)

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej.  
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb, 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 ;  
  
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział/Referat **Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej**
2. Opis przedmiotu zamówienia.

**ALKOMAT POWINIEN POSIADAC FUNKCJE WYMIENIONE PONIŻEJ:**

- Podświetlany, dotykowy ekran
- Rozdzielczość wskazań do trzech miejsc po przecinku
- Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
- Krótki czas przygotowania do pracy oraz pomiędzy kolejnymi pomiarami
- Automatyczny zapis wyników w pamięci urządzenia
- Zapis odmowy wykonania pomiaru
- Możliwość zdefiniowania zgodnie z wymaganiami użytkownika: jednostek pomiarowych, informacji na wydruku, ilość drukowanych kopii, czasu i siły próbki, czasu wyłączenia
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wydruku dowolnego wyniku pomiaru zachowanego w pamięci
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Gniazdo do podłączenia zasilania zewnętrznego
- Różne opcje zasilania
- Port USB do podłączenia z komputerem PC
- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
- Funkcja automatycznego odciążenia zasilania

Alkomat winien posiadać świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium

Ustniki do Alkomatu w ilości 200 sztuk winny być higieniczne, indywidualnie pakowane.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Sensor platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa

Zakres pomiaru 0.000 – 4.000‰

Rozdzielczość wskazań 0.001‰

Jednostki pomiarowe	‰ promile, mg/L, % BAC, mg/100ml, mg/ml, g/100mL, ug/100mL, g/L
Dokładność wskazań	±5% dla wskazań w zakresie 0.00 – 1.00 ‰ ±8% dla wskazań w zakresie 1.00 – 1.50 ‰ ±10% powyżej 1.50 ‰
Czas wydechu	5 sek. – możliwość zdefiniowania dłuższego lub krótszego czasu
Czas przygotowania do pracy	< 2 sek.
Tryb pomiaru / próbkowanie	automatyczne lub manualne

#### **WARUNKI PRACY / PRZECHOWYWANIA**

Warunki pracy	-10 ~ +50°C, wilgotność < 95% rh
Warunki przechowywania	-25 ~ +70°C – bez baterii, wilgotność < 95% rh

#### **ZASILANIE**

akumulatorok NI-MH

z gniazda zapalniczki samochodowej

z zasilacza sieciowego 230VAC / 12VDC

Samoczynne wyłączenie zasilania	1, 3, 5 lub 10 min - definiowane przez użytkownika
---------------------------------	--

#### **PARAMETRY MECHANICZNE**

Wyświetlacz	ekran dotykowy
Port USB	do połączenia z komputerem PC
Gniazdo	do podłączenia zasilania zewnętrznego
Wyposażenie	kabel do zasilania urządzenia z gniazda zapalniczki samochodowej pokrowiec / saszetka

